調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部第２部第２調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９４８７－１１		

品　名	カタログ製品名[a]	ＣＰ番号	備　考
電子式ﾃﾞｯﾄﾞｳｪｲﾄﾃｽﾀｰ	Fluke Calibration E-DWT-H-70M/7M 又は同等品以上のもの （他社の製品を含む。）		数量 １ＥＡ ＃

注[a]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1　要求諸元

(1)　概要

圧力計の油圧ゲージ，空気圧ゲージの計測及び校正ができるものとし，**高圧ガス保安法**（昭和２６年６月７日法律第２０４号）に抵触しない電子式であること。

液体を使用する場合は，揮発性が高く，乾燥後の成分残留がないもの（フロリナート等）を使用できること。

(2)　圧力レンジ　０～７０Ｍｐａ（０～１０ ０００ｐｓｉ）

(3)　分解能　０．００１％

(4)　精度　０．７Ｍｐａ～７０Ｍｐａの範囲で読み値の±０．１％

(5)　寸法　４７０（Ｗ）×６１０（Ｄ）×４００（Ｈ）mm以下

(6)　質量　５０ｋｇ以下

2　附属品

(1)　Ｅ－ＤＷＴ－Ｈキャリーケース：１ＥＡ

(2)　１０ ０００ｐｓｉ　ＡＮ－４クイックカプラキット：１ＫＴ

(3)　１／４”高圧配管キット：１ＫＴ

(4)　メディアセパレーター：１ＥＡ

(5)　校正証明書（試験成績書等）：１ＥＡ

3　提出書類

(1)　類別原資料　当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。

(2)　取扱説明書　別途提出分（初回）は４部とし，器材添付は，２部とする。